

Szczecin, ^{24.11}.....2015 r.

Znak sprawy: **BZP-AG/272-21/15**

Dotyczy: **Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Akademii Morskiej w Szczecinie**

W związku ze zwróceniem się jednego z Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Akademia Morska w Szczecinie przekazuje treść zapytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

zwracam się z następującym zapytaniem do poz. 1 – laboratoryjna wstrząsarka sitowa
- czy Zamawiający dopuści laboratoryjną wstrząsarkę sitową o nastawnym czasie pracy w zakresie 0 – 60 min., zamiast 0 – 99 min?

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach pracy wstrząsarki

Powyższe odpowiedzi na pytania nie stanowią modyfikacji treści SIWZ, w związku z tym zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SIWZ oraz terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Gospodarczego

mgr Karina Rabenda


mgr Karina Rabenda