

Znak sprawy: BZP-AZ/262-29/20

Dotyczy: „Dostawa czujnika momentu siły dla Akademii Morskiej w Szczecinie”

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Na podstawie art. 38 Zamawiający ujawnia treść zapytań bez ujawniania jego źródła, oraz udziela na nie odpowiedzi.

1. Czy można uwzględnić zmianę Załącznika nr 1a, pkt.5 z treści „Nieliniowość charakterystyki nie powinna przekraczać 0,2% zakresu pomiarowego” na „Odchylenie liniowości wraz z histerezą +/- 0,2%, wartość powtarzalności poniżej +/-0,05%”?
2. Czy jest możliwe otrzymanie komentarza z wyjaśnieniem dla § 2, pkt. 7 dotyczącej „jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe”?
3. Czy możliwa jest zmiana § 3, pkt 1 z 30 dni na 14 dni?
4. Czy możliwe jest wykreślenie sformułowania z § 4, pkt. 5 treści „W przypadku nieprzystąpienia do usuwania wad, bądź nieusunięcia ich w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.”
5. Czy możliwe jest wykreślenie sformułowania zależnego od decyzji producenta urządzenia z § 4, pkt. 7 treści „W przypadku trzykrotnej nieudanej próby naprawy sprzętu objętego gwarancją Wykonawca zobowiązany jest wymienić uszkodzony sprzęt na nowy. § 2 ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.”?
6. Czy możliwe jest dodanie zapisu w § 4 „Zamawiający zbada Sprzęt pod kątem możliwych wad natychmiast po dostawie. Oczywiście wady należy zgłosić Wykonawcy na piśmie w ciągu 3 dni roboczych, a wady ukryte w ciągu 3 dni roboczych od wykrycia.”?
7. Czy możliwe jest zmiana zapisu w § 4, pkt. 11 z „Zamawiający w żadnym wypadku nie jest uprawniony do naprawy lub próby naprawy Sprzętu ani zlecenia naprawy przez osoby trzecie zastrzeżeniem ust 5 tj. wykonania zastępczego.” na „Zamawiający w żadnym wypadku nie jest uprawniony do naprawy lub próby naprawy Sprzętu ani zlecenia naprawy przez osoby trzecie.”?
8. Czy możliwe jest dodanie zapisu w § 4 „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia ze strony Zamawiającego dotyczące szkód lub zwrotu kosztów z jakichkolwiek przyczyn prawnych, w tym roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych lub rekompensaty za szkody lub szkody pośrednie z powodu wad, a także roszczeń wynikających z niedbalstwa o wtórnych zobowiązaniach umownych lub utracie zysków, chyba że Wykonawca jest winny działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, spowodowania utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, lub w przypadku odpowiedzialności z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych.”?
9. Czy możliwe jest dodanie zapisu w § 4 „W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których nie można przypisać umyślnemu lub rażącemu zaniedbaniu ani nie pociągają za sobą utraty

życia, obrażeń ciała, uszczerbku na zdrowiu lub naruszenia gwarancji jakości, odpowiedzialność ogranicza się do pokrycia kosztów typowych i przewidywalnych szkód.”?

10. Czy możliwe jest dodanie zapisu w § 4 „Dostarczany Sprzęt nie powinien być narażonym na działanie środowiska, w którym występuje oddziaływanie pola magnetycznego.”?

11. Czy możliwa jest zmiana w § 6, pkt 1 z „wartości brutto” na „wartość netto”?

12. Czy możliwa jest zmiana w § 6, pkt 2 z „wysokości 0,5%” na „0,2%”?

13. Czy jest możliwe otrzymanie komentarza z wyjaśnieniem dla § 6, pkt. 3 dotyczącej treści „w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 4 ust. 5 umowy bądź za opóźnienie w usunięciu wady w terminie określonym w § 4 ust. 5 umowy, bądź za opóźnienie w przystąpieniu do wykonywania czynności serwisowych w terminie określonym w § ”?

14. Czy możliwa jest zmiana w § 6, pkt 3 z „wartość brutto” na „wartość netto”?

15. Czy możliwe jest dodanie zapisu w §6 następującej treści „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od całości lub części umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto danego zadania określonej w § 1 ust.1.”?

16. Czy możliwe jest wykreślenie sformułowania z § 8, pkt. 3 treści „jeżeli z powodu wady prawnej oprogramowania Zamawiający będzie zmuszony zaprzestać korzystania z oprogramowania lub zostanie ograniczony sposób korzystania z Przedmiotu umowy.”?

17. Czy istnieje możliwość zmiany czasu dostawy z 36dni na 96dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia. Treść punktu 5 nie stoi w sprzeczności z kartą czujnika. Jeśli oferowany czujnik charakteryzuje się nieliniowością + histerezą poniżej 0,2 % to spełnia tym samym wymagania, gdyż taka jest postawiona właśnie granica dopuszczalności.

Ad 2. Zapis ten jest standardowo stosowany i nie ma kluczowego znaczenia dla umowy np. dot. zapisu na opakowaniu do czego służy przedmiot zamówienia , jakie jest jego przeznaczenie.

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust 5 w innym zakresie proponowanym przez Wykonawcę. Umowa upoważnia Zamawiającego do wykonania zastępczego bez uzyskania orzeczenia sądu. Zamawiający zmodyfikował projekt umowy w zakresie § 4 ust.5.

Ad 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie §4 pkt 7.

Ad 6. Ta kwestia jest regulowana w § 2 ust 2 projektu umowy.

Ad 7. Zamawiający uregulował tą kwestię w § 4 ust.10 i nie zgadza się na zmianę poprzez wykreślenie zastrzeżenia z ust. 5 tj. wykonania zastępczego.

Ad 8. Zamawiający wyczerpująco uregulował tą kwestię w § 4 ust. 12 projektu umowy.

Ad 9. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu w § 4 projektu umowy.

Ad 10. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu w § 4 projektu umowy.

Ad 11. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6 ust.1 projektu umowy.

Ad 12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.

Ad 13. Zamawiający precyzyjnie określił zapisy § 6 ust 3 projektu umowy dot. kar umownych.

Ad 14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w § 6 ust.3.

Ad 15. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

Ad 16. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zgodnie z OPZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie sygnału cyfrowego, jeśli w zestawie z czujnikiem znajduje się niezbędne oprogramowanie. Skoro w przypadku wyboru Wykonawcy dostarczającego czujnik bez oprogramowania zamówiony czujnik nie będzie posiadał oprogramowania to przywołany przepis i tak nie będzie miał zastosowania do umowy. Zatem nie ma potrzeby wykreślenia go.

Ad 17. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji.



Kierownik
Dziśu Zamówień Publicznych
mgr Jarosław Sobczak



