

19.04.2024



**Dotyczy:** zapytania na dostawę odczynników chemicznych dla Politechniki Morskiej w Szczecinie w ramach projektu pt.: „Inteligentny system wyznaczania drogi wodnej dla żeglugi śródlądowej zwiększający bezpieczeństwo nawigacji, uzupełniony o możliwość dynamicznego pozyskiwania danych hydrologicznych i fizykochemicznych”

(nr projektu: HYDROSTRATEG1/001P/2022)

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia od Wykonawcy. Zamawiający, ujawnia treść zapytań bez wskazywania ich źródła wraz z wyjaśnieniami:

Dzień dobry,

proszę w zapytaniu ofertowym AG/04317/24 potwierdzić wysokość przewodnictwa, o ile w poz. 3 wychodzi przewodnictwo 147uS/cm, to w poz. 4 nie mogę się doliczyć wartości uS/cm.

W ofercie zaproponowałam 1413uS/cm, ale w zapytaniu jest 1413uS/m.

proszę o weryfikację jednostki i wartości przewodnictwa w punkcie 4 asortymentu: Roztwór do kalibracji konduktometrów 1413.

Odpowiedź:

**Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) i formularz oferty( załącznik nr 2)**

**JEST:**

**Pozycja 4 Roztwór do kalibracji konduktometrów 1413uS/m 250 ml**

**WINNO BYĆ:**

**Pozycja 4 Roztwór do kalibracji konduktometrów 1413uS/cm 250ml**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty z dnia 22.04.2024 do dnia 25.04.2024.

KIEROWNIK  
Działu Administracyjno-Gospodarczego  
mgr Katarzyna Rabenda 1